

**BANDO ESPLORATIVO N. 84 del 20.04.2018  
PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  
PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA "STRUMENTARIO CHIRURGICO  
DEDICATO ELETTROBISTURI ERBE VIO 300D " Scadenza 27.04.2018 BLOCCO  
OPERATORIO CHIRURGIA PEDIATRICA , Fasc. 69/2018 ;**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti - rispetto al dispositivo conosciuto e di seguito indicato – aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1.denominazione dispositivo medico conosciuto: **ALLEGATO A ;**  
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico : **INTERVENTI CHIRURGICI MININVASIVI PEDIATRICI ;**

3.descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal dispositivo, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicato : **D.M MININVASIVI. DEDICATE ALL'ELETTROBISTURI ERBE VIO 300D  
OCCORRENTE PER SINTESI VASCOLARE, DISSEZIONE E COAGULO TESSUTI;**

4.denominazione del produttore ERBE distributore NEW HOSPITAL ;

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un dispositivo avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire entro giorno 27.04.2018 un plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all'indirizzo sotto indicato: Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio", Via Vinicio Cortese, 10 – 88100 Catanzaro

Sul plico dovrà essere indicato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i.
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse a bando esplorativo n 84 20.04.2018;

Il plico dovrà contenere:

1. Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
2. Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei DM.;
3. Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del dispositivo ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto il dispositivo medico ((D.Lgs. 50/2016, art. 68 c. 6) ), esplicitiva e dettagliata;
4. Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- 5.-Costo unitario presunto (desunto dal listino) **da allegare ;**
6. Consumo annuale previsto: **ALLEGATO A .**

Punto Istruttore  
Vitaliano Marino

Responsabile del Procedimento  
Rag. Anna Curcio

Email [vmarino@aocz.it](mailto:vmarino@aocz.it) tel 0961-883575 fax 0961-88350

Via Vinicio Cortese, 25 – 88100 Catanzaro – Tel. + 39 961/

Fax +39 961/

e-mail: [@aocz.it](mailto:@aocz.it)

P.Iva|CF: 01991520790

## ALLEGATO A

Codice	Q.tà	Descrizione
20195-221	1 pz	Pinza laparotomica BiCLAMP lung. 15
20195-228	1 pz	Pinza BiClamp laparoscopica Kelly completa di cavo
20195-501	2 pz	Pinza bipolare laparotomica lungh. 12 cm mis. 0,2 mm completa di cavo
20195-502	2 pz	Pinza bipolare laparotomica lungh. 12 cm mis. 0,3-0,4 mm completa di cavo
20195-503	2 pz	Pinza bipolare laparotomica lungh. 12 cm mis. 0,5-0,7 completa di cavo
20195-227	1 pz	Forbice biclamp laparoscopica lungh. 33 cm diam. 5 mm
20195-171	1 pz	Forbice bipolare laparotomica 18 cm completa di cavo
20195-311	10 pz	Bicision laparoscopico per sintesi e dissezione monouso lungh. 35 cm
20195-312	15 pz	Bicision laparotomico per sintesi e dissezione monouso lungh. 20 cm
21191-316	200 pz	Elettrodo ad ago in tungsteno 0,5 mm
20190-106	200 pz	Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti
20193-083	200 pz	Piastra Nussy Omega bipartita con anello equipotenziale con cavo
20193-083	200 pz	Piastra Nussy 70 bipartita con cavo da 5 -15 Kg
20193-075	200 pz	Piastra Nussy monoplate senza cavo < 5Kg

