



AOU Renato Dulbecco  
PROTOCOLLO GENERALE  
N. 0042830 del 09/10/2024

Responsabile  
Area Acquisizione beni e servizi  
Direzione Medica di Presidio

Oggetto: convalida griglia valutazione gara dispositivi medici monouso.

In riferimento alla mail ricevuta per la gara della fornitura di dispositivi medici monouso occorrenti al funzionamento degli elettrobisturi in dotazione alle UU.OO.CC. dei presidi Germaneto e Pugliese, si inviano, controfirmate, le griglie di valutazione redatte dal Servizio di ingegneria clinica, esprimendo parere di conformità, visto le competenze tecniche specifiche degli stessi.

Si prega di voler procedere con l'espletamento della procedura.

Catanzaro, 09/10/2024

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"  
CATANZARO  
Presidio Ospedaliero "A. PUGLIESE"  
Dipartimento Specialità Chirurgiche  
Il Direttore  
Francesco Abbonante

AZIENDA OSPEDALIERA  
"PUGLIESE-CIACCIO"  
Dr. FABIO STEFANO  
ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
4680/CZ

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"  
Dr. F.F. Mancini Puliano  
Ostetricia Ginecologia  
2474/CZ

AOU Renato Dulbecco  
 PROTOCOLLO GENERALE  
 N. 0042830 del 09/10/2024

LOTTO 1 - 2 - 3		PIASTRA PAZIENTE	
Parametro	Punteggio qualità/prezzo	Punti	Fonte
P1	Contatto con la cute omogeneo e prolungato nel tempo	25	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P2	Adattabilità alla zona di contatto	20	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P3	Assenza di residui sulla pelle	15	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P4	Facilità apertura delle confezioni e confezionamento	5	Prova pratica
P5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato	5	SCHEDA LOTTO
Totale punteggio massimo attribuibile QUALITA'		70	
PREZZO			
Totale punteggio massimo attribuibile PREZZO		30	

LOTTO 4		MANIPOLI	
Parametro	Punteggio qualità/prezzo	Punti	Fonte
P1	Ergonomia	20	SCHEDA LOTTO, Scheda tecnica e prova pratica
P2	Caratteristiche elettrodi: resistenza alla rottura	20	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P3	Sistema antirotazione per connessione sicura	20	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P4	Compatibilità (marche con le quali è compatibile)	5	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato	5	SCHEDA LOTTO
Totale punteggio massimo attribuibile QUALITA'		70	
PREZZO			
Totale punteggio massimo attribuibile PREZZO		30	

LOTTO 5		ELETTRODI	
Parametro	Punteggio qualità/prezzo	Punti	Fonte
P1	Resistenza alla rottura	20	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P2	Sistema antirotazione per connessione sicura	20	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P3	Rivestimento: resistenza al piegamento	20	SCHEDA LOTTO, Scheda tecnica e prova pratica
P4	Compatibilità (marche con le quali è compatibile)	5	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato	5	SCHEDA LOTTO
Totale punteggio massimo attribuibile QUALITA'		70	
PREZZO			
Totale punteggio massimo attribuibile PREZZO		30	

LOTTO 6		PINZE BIPOLARI LAPAROTOMICHE	
Parametro	Punteggio qualità/prezzo	Punti	Fonte
P1	Ergonomia	30	SCHEDA LOTTO, Scheda tecnica e prova pratica
P2	Resistenza alla rottura	30	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P4	Compatibilità (marche con le quali è compatibile)	5	SCHEDA LOTTO e Scheda tecnica
P5	Mesi di Garanzia, full risk-all included, offerti a titolo non oneroso, oltre al periodo minimo di 24 mesi stabilito nel Capitolato	5	SCHEDA LOTTO
Totale punteggio massimo attribuibile QUALITA'		70	
PREZZO			
Totale punteggio massimo attribuibile PREZZO		30	

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"  
 Dir. F.F. Menotti Puliano  
 Ostetricia Ginecologia  
 2474/CZ

AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE-CIACCIO"  
 CATANZARO  
 Presidio Ospedaliero "A. PUGLIESE"  
 Dipartimento Specialità Chirurgiche  
 Il Direttore  
 Francesco Abbonante

AZIENDA OSPEDALIERA  
 "PUGLIESE-CIACCIO"  
 DR. FABIO STEFANI  
 ANESTESIA E RIANIMAZIONE  
 4680/CZ